

## Уважаемый пациент!



### Используйте порт-систему для:

- Забора крови на анализы;
- внутривенных инъекций;
- длительного капельного введения лекарств;

- переливания препараты крови;
- при проведении диагностических исследований с контрастом (КТ, МРТ), если врач не указал вам на наличие противопоказаний

### В первые 10 дней после установки:

- Первая перевязка назначается через 24 часа после установки порт-системы.
- После первой перевязки повязку в дальнейшем необходимо менять каждый день в течение 10 дней.
- Если у вас наложены швы, снимите их через 10-12 дней после имплантации в МКНЦ им. А.С. Логинова или у хирурга по месту жительства.
- Для облегчения приема душа используйте специальные полиэтиленовые наклейки для послеоперационной раны.

#### Правила обработки раны

А. Снимите старую повязку.

Б. Обработайте послеоперационную рану раствором антисептика (70% спирт, бетадин, спиртовой 0,05% раствор хлоргексидина и др.)

В. Наклейте стерильную наклейку для послеоперационной раны.

### В первый месяц после установки:

- Не носите тяжести (свыше 5кг) на стороне операции;
- исключите активные физические нагрузки;
- исключите водные процедуры в бассейне, сауне и бане примерно на 2-4 недели.

### До удаления порт системы

- Если порт установлен, а постоянная инфузионная терапия не проводится, или принято решение о временном прекращении химиотерапии, то порт **необходимо промывать каждые 4–6 недель** во избежание его закупорки.
- Для инъекции в порт-систему ВСЕГДА используйте только специальными иглами – иглами Губера. Эти иглы имеют специальную заточку, которая раздвигает мембрану порт-системы, не разрезая ее. Рекомендуем Вам иметь в запасе несколько таких игл.

Рекомендуемые для Вас размеры игл:

1) Игла для промывания (прямые) размером **20G 30 мм**.

2) Игла для продленной инфузии с крыльями для фиксации (бабочка) размером **20G 20 мм**.

- Не используйте одну иглу Губера более трех дней. При этом обязательно помните, что:
  - место установки должно быть закрыто стерильной повязкой;
  - специальная закрывающая клипса на удлинителе иглы должна быть закрыта.
- Не используйте порт-систему, если:
  - испытываете боль в области порта;
  - появилась отечность руки и посинение кожи на стороне установки порт-системы.
  - кожа в месте инъекции или по ходу расположения катетера покраснела;
  - испытываете боль и дискомфорт во время введения препаратов;
  - немедленно свяжитесь со своим лечащим врачом, если имеют место вышеперечисленные симптомы.